

Godkänt  
2020-09-24

Giltigt t.o.m  
2023-09-24

Versionsnummer  
1.0

Diarienummer

## Datortomografi bäckenmätning remittent

---



Dosklass I: Extra hänsyn till strålrisk för barn.

### Indikation / Frågeställning

Befarad bäckenträngsel.

### Kontraindikation

Tidig graviditet före v 25.

### Remissinnehåll

Uppgifter om problem vid eventuell tidigare graviditet och förlossning.

Aktuella problem. Uppgift om graviditetsvecka och när undersökningen önskas.

### Patientförberedelser

Inga. Ingen metall på kroppen i undersökningsområdet. Us från crista iliaca till nedom sittbenet.

### Kontrastmedel / läkemedel

Inga.

### Utförande

Undersökning med lågdosprotokoll utan dosautomatik från crista iliaca till nedom sittbenet, dvs med fasta värden och röntgendos. Dosen är dubbelt så stor som vid konventionell bäckenmätning, utan omtag av bilder.

Det finns ett **XL** –protokoll för stora patienter.

Utföres i Falun och Avesta med detta protokoll.

Mora har egna protokoll och rutiner.