

Svett-Klorid/Svetttest, Remiss

Ifylls av beställare.

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Beställare/Svarsmottagare | Remitterande läkare | Patientdata (personnummer, namn) |
| Remissdatum | Telefonnummer till patient/anhörig: | |
| Indikation och kort anamnes: | | |
| Föreligger följande kontraindikationer hos patienten; Uttalade eksem eller ärrvävnad på armarna som försvårar elektrodsättning Inopererad dosa såsom pacemaker, defibrillator, stimulator Hjärtproblem Epilepsi eller kramper Allergi eller överkänslighet mot pilokarpin Graviditet Dehydrering eller feber <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, specificera _____ | | |

Svett-Klorid, Arbetsprotokoll

Ifylls av behörig personal Avd för Klinisk kemi, Falun.

Datum för undersökning: _____

| |
|---------------------|
| RID-nr placeras här |
|---------------------|

Identitet styrkt: Ja Nej Sign: _____

Stimulering och uppsamling av svett med Macroduct Advanced

Lot-nummer på pilokarpingel: _____

| Utförande | Tid (klockslag) | Svettproduktion (cm) | Sign |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|------|
| Start av svett-uppsamling | | | |
| Avslutning av svett-uppsamling | | | |

Svett-klorid mätning på Chloro-chek FJSC02 (10uL)

Lot-nummer för buffert: _____

Lot-nummer för kontroller: _____

| Prov | 1 | 2 | Acceptansgränser | Sign |
|------------------|---|---|------------------|------|
| Kalibrator "100" | | | 98-102 | |
| Låg kontroll | | | Se aktuell lot | |
| Mellan kontroll | | | Se aktuell lot | |
| Hög kontroll | | | Se aktuell lot | |
| Patientprov | | | | |

Vid tillräcklig volym mäts patientprovet två gånger. Resultaten ska inte skilja mer än 10% eller ± 5 mmol/L från varandra. Rapportera medelvärdet av mätningarna som resultat.

Utförd undersökning

Utan anmärkning: Ja

Med anmärkning, specificera:

Signatur: _____

Om undersökning utförts med anmärkning, skrivs denna information in som kompletterande svarkommentar i svarsrapporten för överföring till journalsystemet.