


| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------|-------------|
|  | Förskrivning av personliga hjälpmedel Hjälpmedel för talflyt | | | ISO-kod (fyrstiffrig) | |
| | Godkänd av Kundteam - Hjälpmedel | Datum 100326 | Version | Gäller fr o m 100326 | Sid 1(2) |

Rekommenderad förskrivare

Leg. logoped

Vid behov konsulteras hjälpmedelskonsulent för utprovning och anpassning.

Kriterier

Person med funktionsnedsättning i talsystemet så som stamning men också skenande tal och vissa former av dysartri, vilket innebär stora svårigheter med talflyt som resulterar i inskränkt delaktighet i talsituationer, bland annat utbildning / arbete/deltagande i samhällsgemenskapen. Inte sällan finns även betydande emotionella pålagringar som ytterligare bidrar till funktionsnedsättningen.

Mål med hjälpmedlet

Att kompensera medfött eller förvärvat bristande talflyt

Öka delaktighet i olika talsituationer (skola, yrkesliv och samhällsgemenskap)

Minska emotionella pålagringar

Typ av utrustning

Tekniskt hjälpmedel som fördröjer och förändrar frekvensen på talåterkopplingen (DAF och FAF).

DAF = Delayed Auditory Feedback

FAF = Frequency Altered Feedback

Risk för personskada

Ingen risk för tillbud i samband med användning som orsakar personskada.

Kostnad för tillbehör och förbrukningsdelar som betalas av patient / brukare

Följande förbrukningsartiklar bekostas av patienten

- batterier


- annat head-set än det som ingår

Råd i förskrivningsprocessen

Förutom kunskap om förskrivningsprocessen rekommenderas förskrivaren ha kännedom om sortimentet samt kunskap om metoder vid bedömning, utprovning och uppföljning av hjälpmedel för talflyt.

Behovsbedömning

Alla frågeställningar om hjälpmedel för talflyt föregås av en behovsanalys. Då kriterierna uppfylls kan förskrivning av hjälpmedel för talflyt ske. Vid behov får förskrivaren samråda med LD Hjälpmedel / hjälpmedelskonsulent.

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------|-------------|
|  | Förskrivning av personliga hjälpmedel Hjälpmedel för talflyt | | | ISO-kod (fysifrig) | |
| | Godkänd av Kundteam - Hjälpmedel | Datum 100326 | Version | Gäller fr o m 100326 | Sid 2(2) |

Prova ut, anpassa och välj lämplig specifik produkt

Då du förskriver hjälpmedel för talflyt, tänk gärna på följande

- Blir patienten / brukaren hjälpt av DAF/FAF? Prova med tillgängliga programvaror / produkter.
- I vilka miljöer ska hjälpmedlet användas?
- Ev. hjälpmedelsbehov vid telefonsamtal?
- Passar valt head-set ihop med produkten?
- Hjälpmedlet ska monteras enligt tillverkarens anvisning.
- Hur får patienten / brukare tillgång till förbrukningsartiklar som behövs löpande (exv. batterier)?

Patienten/vårdnadshavare/god man ska ta del av generella lånevillkor och underteckna dem, var god se Hjälpmedelsguiden.

Hjälpmedlet är ömtåligt och därför rekommenderas patienten att se över sitt försäkringsskydd.

Instruera, träna och informera

Hälsa- och sjukvården (förskrivaren) ansvarar för inträning och uppföljning av förskrivet hjälpmedel till brukaren och den/de personer i brukarens omgivning som behöver utbildning för att kunna vara till stöd för brukaren.

Uppföljning och utvärdering

Är förskrivarens ansvar och ska ske kontinuerligt.

I de fall behovet upphör skall hjälpmedlet återanvändas.

Leverantör av hjälpmedel och tjänster

Hjälpmedelscentralen enligt avtal mellan vårdgivaren och LD Hjälpmedel.

Detta dokument har tagits fram av

Produktgruppen

Kommunikation och
kognition

Landstinget Dalarna